

Anhang II

Zulässige Konformitätsbewertungsverfahren

1. Wasserzähler, die für die Volumenmessung von sauberem Kalt- oder Warmwasser bestimmt sind:
B+F oder B+D oder H1;
2. Gaszähler und Mengenumwerter:
B+F oder B+D oder H1;
3. Elektrizitätszähler für Wirkverbrauch, die zur Verwendung im Haushalt, im Gewerbe und in der Leichtindustrie bestimmt sind:
B+F oder B+D oder H1;
4. Wärmezähler:
B+F oder B+D oder H1;
5. Messanlagen für die kontinuierliche und dynamische Messung von Mengen von Flüssigkeiten außer Wasser:
B+F oder B+D oder H1 oder G;
6. selbsttätige Waagen:
 - a) Für mechanische Geräte: B+D oder B+E oder B+F oder D1 oder F1 oder G oder H1;
 - b) Für elektromechanische Geräte: B+D oder B+E oder B+F oder G oder H1;
 - c) Für elektronische Geräte oder Software enthaltende Geräte: B+D oder B+F oder G oder H1;
7. Taxameter:
B+F oder B+D oder H1;
8. Maßverkörperungen:
 - a) verkörperte Längemaße: F1 oder D1 oder B+D oder H oder G;
 - b) Ausschankmaße: A1 oder F1 oder D1 oder E1 oder B+E oder B+D oder H;
9. Geräte zur Messung von Längen und ihrer Kombinationen:
 - a) Für mechanische oder elektromechanische Geräte:
F1 oder E1 oder D1 oder B+F oder B+E oder B+D oder H oder H1 oder G;
 - b) Für elektronische Geräte oder Geräte, die Software enthalten:
B+F oder B+D oder H1 oder G.